Si-AQ Monitors

GUIDE DE SELECTION

Appareils portables pour la Surveillance de la Qualité d'Air Intérieur

	Si-AQ Comfort	Si-AQ Pro	Si-AQ VOC	Si-AQ Expert
Paramètres				
% Humidité relative, Point de rosée, Température humide	Option	✓	✓	✓
Mesure de la température ambiante	✓	✓	✓	✓
Mesure de la pression différentielle	✓	✓	✓	✓
Mesure de la pression atmosphérique	Option	✓	✓	✓
Logiciel pour l'enregistrement des données en temps réel	Option	✓	✓	✓
Pompe d'échantillonnage en continu	✓	✓	✓	✓
Mémoire interne	2000 Tests	2000 Tests	2000 Tests	2000 Tests
Imprimante Bluetooth®	Option	Option	Option	Option
Options des Cellules Gaz				
Évolutif : jusqu'à trois (3) Cellules Gaz	-	✓	✓	-
Évolutif : jusqu'à sept (7) Cellules Gaz	-	-	-	✓
O_2 (0 - 25 %)	-	Option	Option	Option
CO_2 (0 - 5000 ppm)	✓	Option	Option	Option
CO (0 - 200 ppm)	Option	Option	Option	Option
H_2S (0 - 100 ppm)	-	Option	Option	Option
Cellule COVT (0 - 2000 ppb ou 0 - 200 ppm)	-	-	✓	Option
Formaldéhyde (0 - 10000 ppb)	-	Option	Option	Option
NO (0 - 250 ppm)	-	Option	Option	Option
NO_2 (0 - 20 ppm)	-	Option	Option	Option
SO_2 (0 - 20 ppm)	-	Option	Option	Option
O_3 (Ozone : 0 - 5 ppm)	-	-	-	Option
	* CO, CO_2, Température & %HR seulement	* Ajouter jusqu'à 3 Cellules Gaz	* Cellule COVT incluse, ajouter jusqu'à 2 Cellules Gaz supplémentaires	* Évolutif jusqu'à 7 Cellules Gaz au total

Guide de sélection – IAQ Monitors – 20/06/2019 – RCS (24) Périgueux 349 282 095 – Non-contractual document – We reserve the right to modify the characteristics of our products without prior notice.